

СТЕТОСКОП АКУШЕРСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ САД-«М-МИЗ»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСР 2007/00767 от 01.10.2007 г.

ЭТИКЕТКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Стетоскоп предназначен для выслушивания тонов плода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Длина                            | - 170 мм |
| Диаметр внутреннего отверстия    | - 6 мм   |
| Наружный диаметр одной раковины  | - 58 мм  |
| Наружный диаметр другой раковины | - 55 мм  |

Стетоскоп изготовлен из дерева твердой лиственной породы (березы).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Стетоскоп устойчив к дезинфекции протиркой 3% раствором перекиси водорода или 1% раствором хлорамина.

ХРАНЕНИЕ

Храниться стетоскоп должен при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стетоскоп соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК N 1

Упаковщик N 1

Дата выпуска

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стетоскопа требованиям технических условий ТУ 9398-093-07613473-2003 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

Гарантийный срок эксплуатации стетоскопа - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

