РОССИЯ

РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РДМ-01

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ !

Прежде чем приступать к работе с ростомером, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации (РЭ) ростомера детского медицинского РДМ-01 предназначено для широкого круга потребителей и содержит необходимые сведения о назначении, принципе действия, технические характеристики и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, хранения и транспортировании ростомера.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РДМ-01 предназначен для измерения роста у новорожденных и детей до полутора лет в медицинских учреждениях, родильных домах, детских больницах, поликлиниках, центрах педиатрического профиля, домов ребенка, ясельных учреждениях и др.

Обозначения при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

«Ростомер детский медицинский РДМ - 01 ТУ 9441-043-00226454-2011»

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел измерения (НПИ), мм	845
Наименьший предел измерения (НмПИ), мм	150
Дискретность отсчета, мм	1
Пределы допускаемой погрешности измерения ,мм	±4
Габаритные размеры, мм	945x340x90
Масса, не более, кг	1,3

Наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего вещества по ГОСТ 25644.

Ростомеры при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150:

- в рабочем диапазоне температур от +10 до +40ºС;
- относительной влажности 80% при 25 ºС.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки ростомеров должна быть:

1. Ростомер	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 экз.
3. Упаковка	1 шт.

Рис. 1: Внешний вид ростомера

4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Положите ребенка головой в нишу ростомера до упора с подголовником (1)

Отведите ползун ростомера, рукой выпрямите ножки ребенка (2)

Подведите ползун ростомера до упора с ножками ребенка (3)

Считайте показания ростомера согласно указателю шкалы (4)



5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РДМ-01 заводской номер N-_____ соответствует ГОСТ Р 50444, ТУ 9441-043-00226454-2011 и признан годным для эксплуатации.

Приемку произвел _____.

М.П.

6 ПОВЕРКА

Поверка изделия проводится по документу РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РДМ-01 Методика поверки №02/2012, утвержденной ФГУП ВНИИОФИ « 16 » « апреля » 2012 г.

Межповерочный интервал 2 года.

6.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ ПРИ ВЫПУСКЕ

РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РДМ-01 зав. номер N-_____ соответствует ГОСТ Р 50444, ТУ 9441-043-00226454-2011 внесен в Госреестр средств измерений за № 50179-12

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.39.003.A № 46892.

Регистрационное удостоверение Минздрава № ФСР 2012/13094.

На основании результатов государственной поверки, произведенной ФГУ Тамбовский ЦСМ, ростомер признан годным и допущен к применению.

Государственный поверитель

_____

дата, подпись/

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Упаковку произвел _____ /дата и подпись/

Изделие после упаковки принял _____

/подпись/

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ростомера требованиям технических условий в течение 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.