

Сведения

Средство реабилитации для инвалидов: Ходунки XS 308, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717 от 08.09.2016г.

Средство реабилитации инвалидов: Ходунки XS 308



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки XS 308 – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (накладки на поручни) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Дата продажи _____

Ходунки XS 308

1. Назначение

Ходунки XS 308 предназначены для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ходунки позволяют передвигаться методом поочередной перестановки левой и правой опорных сторон по ходу движения, что позволяет двигаться достаточно быстро, не теряя равновесия.

2. Описание

Ходунки изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава. Опоры резиновые.

Ходунки легко складываются и очень удобны при хранении.

Конструкция ходунков предусматривает два положения: шагающее, не шагающее.

Высота регулируется: 795-975 мм в 8 положениях.

3. Технические характеристики

Общая ширина: 545 мм.

Общая длина: 475 мм.

Высота в сложенном виде: 805 мм.

Ширина в сложенном виде: 545 мм.

Длина в сложенном виде: 90 мм.

Расстояние между поручнями: 440 мм.

Длина опорной части поручня: 105 мм.

Грузоподъемность: 100 кг.

Вес: 2,55 кг.

4. Комплект поставки

1. Ходунки XS 308 – 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

5. Обслуживание и уход при эксплуатации

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами.
2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.
3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

7. Сведения о сертификации

Ходунки XS 303 соответствуют требованиям технической документации, ГОСТ Р 51078-97, ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 и признаны годными к эксплуатации.

Декларация о соответствии № РОСС RU. 0002.04ИБРО действителен с 04.07.2016г. Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4717 от 08.09.2016 Срок действия: не ограничен.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!