

Приложение к паспорту и руководству по эксплуатации  
«Пульсоксиметр медицинский «Armed»  
УХ300/УХ301/УХ302»

**СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ**

Пульсоксиметр медицинский «Armed» мод. УХ302 производства «Jiangsu Yuuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd», Китай, зав No УУТ32104989 прошел первичную поверку в ООО «ДИКСИОН» в соответствии с МИ 3280-2010 «ГСИ. Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов. Методика поверки».

Результат поверки: Соответствует метрологическим характеристикам, указанным в эксплуатационной документации и описании типа No 53583-13 по Госреестру СИ.

Межповерочный интервал 1 год.

Поверитель Велл Вертелецкая К.В.  
(подпись) (Ф.И.О)

Оттиск клейма 

10.12.2019 г.  
(дата поверки)