

**MED-61  
MED-62  
MED-63**



Прибор для измерения артериального давления.  
Механический

**1. ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за покупку механического прибора для измерения артериального давления компании B.Well! Механический тонومتر B.Well надежен, долговечен и обеспечивает высокую точность измерения. Прибор для измерения артериального давления MED-61/ MED-62/ MED-63 предназначен для косвенного измерения систолического и диастолического артериального давления методом Короткова.

**Область применения:**

Лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование для самоконтроля.

**Важные преимущества MED-61/ MED-62/ MED-63:**

- Прочная и удобная манжета, размер 22-42 см.
- Высокоточный манометр в металлическом корпусе.
- Клапан с плавным выпуском воздуха.

**2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**

Таблица для классификации значений артериального давления (единица измерения: мм рт. ст.) в соответствии с Европейским обществом артериальной гипертензии (ESH)

Диапазон	Систолическое артериальное давление	Диастолическое артериальное давление	Меры
3 степень: тяжелая форма гипертонической болезни	180 или выше	110 или выше	Срочно обратитесь к врачу!
2 степень: средняя форма гипертонической болезни	160-179	100-109	Немедленно обратитесь к врачу
1 степень: легкая форма гипертонической болезни	140-159	90-99	Обратитесь к врачу
Верхняя граница нормы	130-139	85-89	Обратитесь к врачу
Нормально	Ниже 130	Ниже 85	Самоконтроль
Оптимально	Ниже 120	Ниже 80	Самоконтроль

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Покажите измеренные значения своему врачу. Никогда не используйте результаты Ваших измерений для самостоятельного изменения доз лекарств, назначенных Вашим врачом.

**3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА**

Модель MED-61



Модели MED-62/ MED-63

Модель MED-63: Головка стетоскопа встроена в манжету.




**4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Данный прибор предназначен для использования исключительно для целей, указанных в настоящем руководстве.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждение, возникшее по причине ненадлежащего применения.
- Никогда не накачивайте манжету до значений, превышающих 300 мм рт. ст.
- Следите за тем, чтобы дети не пользовались прибором без присмотра; прибор содержит мелкие детали.

**5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

Присоедините к двум трубкам, идущим от манжеты, соответственно нагнетатель и манометр, как показано на рисунке. Модели MED-62/ MED-63: для того, чтобы собрать стетоскоп, присоедините головку стетоскопа к одному концу Y-образной трубки (у модели MED-63 головка стетоскопа находится на манжете). К двойному концу Y-образной трубки присоедините металлические ушные трубки стетоскопа.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** расположение стрелки манометра не по центру нулевой области, обозначенной символом «□» не является браком прибора. Стрелка манометра должна находиться в пределах нулевой области, которая устанавливается изготовителем при отстройке прибора в необходимом положении для обеспечения требуемой точности.

**6. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ**


**6.1. Перед началом измерений**

Непосредственно перед измерением артериального давления избегайте приема пищи, курения и любой формы физического напряжения. Все эти факторы влияют на результаты измерений. Попробуйте найти время и отдохнуть, сидя в кресле в спокойной обстановке в течение нескольких минут перед измерением. Желательно освободить от одежды руку, которую Вы будете использовать для наложения манжеты. Не закатывайте рукав, так как он может сдавить Вашу руку, что приведет к неточности при измерении. Всегда производите измерения на одной и той же руке (обычно левой). Выполняйте измерения регулярно в одно и то же время суток, поскольку артериальное давление изменяется в течение дня.

**Предупреждение:** используйте только клинически апробированную оригинальную манжету. Неплотно наложенная манжета также может повлиять на точность измерения. Повторное измерение артериального давления следует выполнять лишь после пятиминутного перерыва, так как кровь в руке в процессе измерения застаивается, что может привести к неправильному результату измерений. Пауза зависит от возраста и у пожилых людей может достигать 10-15 минут.

**6.2. Наложение манжеты**

- Расположите манжету на руке таким образом, чтобы ее край находился на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба.
- Проверьте, чтобы воздушные трубки выходили по направлению к Вашей ладони, а знак «ARTERY MARK» находился над локтевой ямкой там, где проходит артерия. Модель MED-63: встроена головка стетоскопа должна находиться на 3-5 см выше сгиба локтя. Зафиксируйте манжету плотно, но не туго. При фиксации манжеты на руке обратите внимание, попадает ли белый край (MED-61) или белая стрелка (MED-62/ MED-63) в диапазон «OK», это подтверждает, что размер манжеты соответствует размеру руки.
- Положите руку на стол. Следите за тем, чтобы трубки не перекручивались.
- Спокойно посидите несколько минут перед измерением.



**ВАЖНО!** Измерения можно проводить не только на левой, но и на правой руке. В любом случае все измерения необходимо проводить на одной руке.

**6.3. ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ**

**6.3.1. Установка головки стетоскопа**

Для модели MED-61/ MED-62: установите головку стетоскопа под манжету таким образом, чтобы она была либо под ней, либо на 1-2 см ниже манжеты. Не устанавливайте головку стетоскопа на или внутри манжеты.

Для модели MED-63: так как головка стетоскопа встроена в манжету, проверьте, что она располагается на 3-5 см выше сгиба локтя.

Для моделей MED-61/ MED-62/ MED-63: удостоверьтесь, что головка стетоскопа находится в контакте с кожей. Перед использованием стетоскопа удостоверьтесь в отсутствии трещин в мембране, наушниках и трубке. Неправильная установка или повреждение стетоскопа вызовет искажение тона или его полную передачу, что приведет к неточным измерениям. Во время измерения тело должно быть приятно расслаблено. Не напрягайте руку во время измерения. Убедитесь, что точка входа воздушной трубки в манжету располагается над локтевой ямкой и находится на уровне сердца.

**6.3.2. Накачивание манжеты**

Закройте клапан, расположенный на нагнетателе (груше), повернув винт по часовой стрелке. Не затягивайте слишком туго. Для нагнетания воздуха в манжету, сжимайте нагнетатель в руке равномерно, вместе с этим прислушайтесь к пульсу и наблюдайте за показанием манометра. После того, как Вы перестали слышать пульс, продолжайте нагнетать воздух в манжету, увеличив давление в ней еще на 30-40 мм рт. ст.

**6.3.3. Измерение систолического артериального давления**  
Медленно откройте воздушный клапан, поворачивая винт против часовой стрелки таким образом, чтобы давление в манжете падало со скоростью 2-3 мм. рт. ст. (1-2 деления на манометре) в секунду. Такая скорость оптимальна для получения точных результатов. Когда манжета начинает выпускать воздух, Вы должны внимательно слушать тоны через стетоскоп. Как только Вы услышите в наушниках слабые удары пульса, запомните показания манометра. Это и есть Ваше значение систолического (верхнего) артериального давления.

**6.3.4. Измерение диастолического артериального давления**

Продолжайте выпускать воздух из манжеты с той же скоростью (2-3 мм рт. ст. в секунду). В наушниках Вы будете слышать пульс, сила которого меняется в процессе измерения. К концу измерения удары станут мягкими. Следите за стрелкой манометра, в тот момент, когда звук перестанет быть слышен, она будет показывать значение диастолического (нижнего) артериального давления. После того, как значение диастолического давления будет Вами определено, полностью выпустите воздух из манжеты, снимите ее с руки и извлеките наушники стетоскопа из ушей.

**6.3.5. Запись измерений**

Повторите измерения дважды. Не забудьте записать значения Ваших измерений, а так же дату и время. Наиболее подходящим временем для измерения артериального давления являются утро (сразу после сна), а так же вечер (перед ужином). При визитах к врачу берите свои записи, это поможет ему держать Ваше артериальное давление под контролем. Помните, что только врач имеет достаточную квалификацию для интерпретации показаний Вашего давления.

**7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Если во время измерения возникают проблемы, проверьте пункты таблицы и предпримите соответствующие меры в случае необходимости.

Плохая передача тона, искажение или посторонний шум	1. Проверьте, не забыли ли наушники и не являются ли они треснутыми. Если нет, удостоверьтесь, что они плотно прилегают и не изношены. 2. Проверьте, имеет ли трубка трещины и не перекручена ли она. 3. Проверьте, нет ли трещин на крышке и мембране в рабочей области стетоскопа. 4. Удостоверьтесь, что рабочая часть стетоскопа находится в надлежащем контакте с кожей и располагается над плечевой артерией во время измерения. Во избежание неточных измерений, прочистите или замените неисправные детали.
При накачивании манжеты нагнетателем давление не увеличивается	1. Удостоверьтесь, что клапан закрыт. 2. Удостоверьтесь, что манжета правильно присоединена к нагнетателю и манометру. 3. Проверьте, не имеет ли манжета, трубка и нагнетатель утечек, при обнаружении неисправности замените неисправные детали.
Скорость выпуска воздуха не может быть установлена на 2-3 мм. рт. столба путем регулировки выпуска воздуха	Отсоедините клапан от груши для того, чтобы проверить, не имеется ли препятствий для воздуха внутри клапана. Удаляйте препятствия и повторите попытку снова. Если клапан не работает должным образом, замените его во избежание получения неточных результатов измерений.

В состоянии покоя указатель не находится на отметке 0 = 3 мм рт. столба	1. Удостоверьтесь, что при проверке установки нуля клапан полностью открыт. 2. Если отклонение от нулевого значения превышает 3 мм рт. столба, обратитесь к торговой организации для повторной калибровки манометра.
---	---

**8. УХОД ЗА ПРИБОРОМ. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ.**

**СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ**

При надлежащем уходе и техническом обслуживании данный прибор прослужит Вам долгое время. Следуйте общим правилам, описанным ниже:

- Не роняйте прибор.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких/низких температур, влажности или прямых солнечных лучей. Не прикасайтесь к ткани, из которой выполнена манжета, острыми инструментами, поскольку они могут повредить ее.
- Храните манжету, полностью высушив из нее воздух.
- Ни при каких обстоятельствах не разбирайте манометр.
- Храните все устройство в сумке для хранения, чтобы все его детали оставались в чистоте.
- Протирайте манометр и нагнетатель мягкой тряпочкой.
- Для дезинфекции протрите составные части изделия и принадлежности мягкой тканью, пропитанной этиловым спиртом (75-90%) или 3%-ным раствором перекиси водорода, затем высушите манжету на воздухе. У манжеты следует проводить дезинфекцию только внутренней поверхности манжеты во избежание повреждения маркировки.

**Сведения о поверке**

Поверка приборов для измерения артериального давления осуществляется по документу Рекомендации по метрологии Р 1232565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Интервал между поверками: 7 год.

Сведения о первичной поверке Вы можете найти на сайте [www.bwell-swiss.ru](http://www.bwell-swiss.ru) или [www.alpha-medica.ru](http://www.alpha-medica.ru) по наименованию, модели и серийному номеру прибора.

**9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование изделия:	Прибор для измерения артериального давления MED-61/ MED-62/ MED-63 с принадлежностями от 20 до 300 мм ртутного столба
Диапазон измерения давления:	2 мм ртутного столба
Минимальный шаг измерения:	3 мм ртутного столба
Точность измерения давления:	±3,75 мм рт. ст. в минуту
Утечка воздуха	

Пределы скорости снижения давления в манжете в процессе измерения:

от 2 до 5 мм рт. ст. в секунду

Температура хранения:

от -5 до +40°C

Влажность хранения:

относительная влажность от 15 до 85%

Температура эксплуатации:

от 0 до 40°C

Влажность эксплуатации:

относительная влажность от 15 до 85%

Модель MED-61, комплектация:

Манометр – 1 шт., Нагнетатель – 1 шт., Манжета с кольцом, размер M-L – 1 шт., Пневмокамера, размер M-L – 1 шт., Стетоскоп – 1 шт., Клапан выпуска воздуха – 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт., Руководство по эксплуатации – 1 шт., Коробка – 1 шт., Принадлежности: Калибровочный ключ, Сумка-чехол стандартная.

Масса, модель MED-61:

320 г

Масса, модель MED-62:

430 г

Масса, модель MED-63:

440 г

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации измерители относятся к переносным изделиям группы 3 по ГОСТ Р 50444-92. Производителем сохраняется за собой право изменять технические характеристики прибора.

**10. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. УТИЛИЗАЦИЯ.**

Высокое качество прибора подтверждено документально:

- Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7689 от 10.10.2018 г.
- Декларация о соответствии.
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Приборы для измерения артериального давления моделей MED-61/ MED-62/ MED-63 с принадлежностями соответствуют указанным ниже международным стандартам:

- EN 1060-1:1996
- EN ISO 13485:2016

**Противопоказания:** противопоказаний не выявлено.

**Утилизация:** прибор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

**Дата производства** – первые четыре цифры серийного номера прибора – указана на манометре. Первая и вторая цифры – номер месяца, третья и четвертая – год производства.

**11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок на манометр – 5 лет и бесплатное сервисное обслуживание – 10 лет. Гарантийный срок на нагнетатель, клапан выпуска воздуха и стетоскоп – 2 года, на манжету – 1 год. Гарантия не распространяется на сумочку и упаковку прибора. Выписка из постановления правительства РФ от 19.01.98 г. № 55. Утвержден «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». В этот перечень входят: «... инструменты, приборы и аппаратура медицинские...»

Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках настоящей гарантии, так и платно, можно получить в авторизованном сервисно-консультационном пункте, по телефону бесплатной горячей линии по России 8-800-200-33-22, на сайте [www.bwell-swiss.ru](http://www.bwell-swiss.ru) или [www.alpha-medica.ru](http://www.alpha-medica.ru).

Срок службы приборов B.Well – не менее 10 лет.

Политика компании «B.Well» предусматривает постоянное совершенствование продукции. В связи с этим компания оставляет за собой право вносить полные или частичные изменения в продукцию без предварительного уведомления и в соответствии с производственными требованиями.

**12. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА УПАКОВКЕ**

	СЕРТИФИКАЦИЯ CE 0044		ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ		МОДЕЛЬ
	ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ		СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
	ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ		ПРИМЕЧАНИЕ: ограничение по температуре применения
	МОЖНО УТИЛИЗИРОВАТЬ С ВЫГОДОЙ ОТХОДАМИ		ХРАНЕНИЕ: ограничение по температуре хранения

**B.Well Swiss AG**, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland  
**Би.Велл Свисс АГ**, Bahnhofstrasse 24, 9443 Виднау, Швейцария  
Место производства: Уси Эксанво Медикал Инструмент Ко, Лтд., № 42 Зизин роуд, Чанджинг, Зибей Таун, Уси Сити, 214194 Цзянсу, Китай  
Сделано в Китае